

# 三重乳がん検診ネットワーク臨床画像評価の報告

日頃、三重乳がん検診ネットワークにご協力いただきましてありがとうございます。


今回、登録可能機関としてホームページに掲載されている31施設の臨床画像評価をさせていただきました。その結果を報告いたします。

画像評価の判定結果は以下のとおりです。

アナログ 24 施設、デジタル 8 施設（31 施設 32 台）平均 83.45 点/100 点

A（88 点以上）	3 施設（アナログ）
B（76～87 点）	24 施設（アナログ 16、デジタル 8）
C（64～75 点）	5 施設（アナログ）
D（63 点以下）	0 施設

D判定が0施設だったのがよかったです。



ある地域に良い画像あるいは悪い画像が偏っているということはありませんでした。三重はまだまだアナログ施設が多い中、フィルムと自動現像機の組み合わせ不良による画質悪が多かったです。

それぞれの施設が気を抜かず良い画像を出せるよう、定期的に画像評価を行っていただけたらと思います。

